




Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150 | D-83071 Stephanskirchen
TEL +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0 | FAX +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 79
MAIL info@elektrotechnik-schabus.de | WEB www.elektrotechnik-schabus.de




Wenn die im Display angezeigten PPM-Werte stark schwanken, quasi „flattern“,
bitte nachträglich einen 10K Ohm Widerstand einbauen wie auf dem Foto zu sehen, zwischen Anschluss +5 Volt und S.

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG
Baierbacher Str. 150 | D-83071 Stephanskirchen
TEL +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0 | FAX +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 79
MAIL info@elektrotechnik-schabus.de | WEB www.elektrotechnik-schabus.de